

Chełm, dnia 1 września 2025 r.

Nadbużański Oddział Straży Granicznej  
ul. Trubakowska 2  
22-100 Chełm  
tel. 82 568 59 00

### **PYTANIE**

do zapytania ofertowego z dnia 29 sierpnia 2025 roku  
dot. dostawy środka dezynfekującego do mobilnego urządzenia do  
dezynfekcji pomieszczeń NOCOSPRAY

Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia Nocospray dopuszczone do stosowania są wyłącznie preparaty wskazane przez producenta urządzenia, a ich parametry (stężenie, dawkowanie, sposób aplikacji) są integralnie powiązane z programowaniem urządzenia?

### **ODPOWIEDŹ**

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia Nocospray dopuszczone do stosowania są wyłącznie preparaty wskazane przez producenta urządzenia, a ich parametry (stężenie, dawkowanie, sposób aplikacji) są integralnie powiązane z programowaniem urządzenia.

Kierownik  
Służby Zdrowia  
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej  
z siedzibą w Chełmie

*Alicja Kondrasiuk*

mjr SG Alicja Kondrasiuk

Sporządziła  
Justyna Jegorow  
IP 6655235  
Dnia: 01.09.2025 r