




Fundusze Europejskie
na Migrację, Granice
i Bezpieczeństwo



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



*Zamówienie publiczne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Polskiego Programu
Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2021-2027,
Projekt nr FAMI.01.01-IZ.00-0002/24 pn. "Wzmocnienie infrastruktury i procedur azylowych"*

Chełm, dnia 3 sierpnia 2026 r.

Nadbużański Oddział Straży Granicznej
ul. Trubakowska 2
22-100 Chełm
tel. 82 568 59 00

PYTANIA

do zapytania ofertowego z dnia 27 lipca 2026 roku
dot. automatycznych defibrylatorów AED

1. Czy defibrylator ma działać w trybie automatycznym czy może w półautomatycznym?
Często w zapytaniach wpisywane jest *Automatyczny defibrylator AED*, ale to w zasadzie po prostu chodzi o AED pracujące w dowolnym trybie, a zapis ten bierze się z tłumaczenia skrótu - Automated External Defibrillator.
2. *W opisie napisano "urządzenie wykorzystuje dźwiękowe i wizualne wskazówki, intuicyjnie prowadzące ratownika przez procedurę resuscytacji"* czy Zamawiający wymaga aby defibrylator miał ekran czy wizualne wskazówki w formie naklejki na AED?

ODPOWIEDZI

Ad. 1

Czy defibrylator ma działać w trybie automatycznym czy może w półautomatycznym?

Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza zaoferowanie półautomatycznego defibrylatora AED, rozumianego jako urządzenie, w którym wyładowanie jest uruchamiane przez osobę udzielającą pomocy poprzez naciśnięcie przycisku po wydaniu przez urządzenie odpowiedniego komunikatu. W związku z powyższym zarówno defibrylator automatyczny, jak i półautomatyczny spełni wymagania Zamawiającego, o ile będzie odpowiadał pozostałym wymaganiom określonym w opisie przedmiotu zamówienia.

Ad. 2

Czy Zamawiający wymaga aby defibrylator miał ekran czy wizualne wskazówki w formie naklejki na AED?

Zamawiający wyjaśnia, że nie wymaga wyposażenia defibrylatora w ekran. Wymaganie dotyczące wizualnych wskazówek zostanie uznane za spełnione również w przypadku zastosowania czytelnych oznaczeń graficznych lub piktogramów umieszczonych na urządzeniu, pod warunkiem że w połączeniu z komunikatami głosowymi zapewniają one intuicyjne prowadzenie użytkownika przez procedurę resuscytacji.

Wz. Kierownik Służby Zdrowia NSG
STARSZY SPECJALISTA - PSYCHOLOG
Służby Zdrowia
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
z siedzibą w Chelmie
Julitta Stocka
por. SG Julitta STOCKA

Wyk. w egz. pojedynczym
Wyk./Sporz: Justyna Jegorow
tel. (82) 568 52 35
dn.: 3.08.2026 r.



35 - LECIE
POWOŁANIA
STRAŻY
GRANICZNEJ